

Số: 348 /TM-TTYT

Chư Pưh, ngày 20 tháng 6 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Hiện nay, Trung tâm y tế huyện Chư Pưh đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm Trang thiết bị y tế” của TTYT huyện Chư Pưh năm 2025, cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Chư Pưh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

SĐT : 0986 377114

Tên : Trần Thị Bích Phượng

Chức vụ: Phụ trách khoa Dược-TTB-VTTYT

Email: bichphuongyte@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: (cả hai hình thức)

+ Báo giá nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Trung tâm y tế huyện Chư Pưh, thôn Pleidjriek, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

+ Báo giá qua email: bichphuongyte@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 20 tháng 6 năm 2025 đến trước 10h00 ngày 30 tháng 6 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 30/6/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn Giá (VNĐ)	Số lượng	Ghi chú
1	Máy lọc nước nóng lạnh 3 vòi	I. Yêu cầu chung: - Máy mới 100%, sản xuất 2024 trở về sau - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015 & TCVN 11978:2017 - Nguồn điện: 220V – 50Hz II. Cấu hình: Màng lọc số 1: được làm từ các sợi thô PP loại bỏ các chất cặn bẩn, lơ lửng có kích thước lớn >5 µm: 01 cái Màng lọc số 2 than hoạt tính (loại bỏ clo, chlorine, hấp thụ kim loại nặng, chất hữu cơ, chất tẩy rửa và các hóa chất độc hại: 01 cái Màng lọc số 3 (Lõi lọc nước PP1M 10"): Loại bỏ bùn đất, rỉ sét, các loại tạp chất có kích thước > 1 µm: 01 cái Màng lọc số 4 : Loại bỏ bùn đất, rỉ sét, các loại tạp chất có kích thước > 1µm : cái Màng lọc số 5: Được làm than hoạt tính (khử mùi hôi, tạo khoáng và vị ngọt của	Cái	10	

		nước): 01 cái - Bộ chuyển đổi nguồn: 24VDC : 01 bộ - Bộ đổi nguồn 24V: 01 bộ - Van điện từ 24V: 01 cái - Van áp thấp: 01 cái - Van áp cao: 01 cái - Thanh xả nước thải: 01 thanh III. Thông số kỹ thuật: - Công suất: Nóng $\geq 750W$ - Công suất: Lạnh $\geq 210W$ - Nhiệt độ nước Nóng: ≤ 93 đến $\geq 97^{\circ}C$ - Nhiệt độ nước Ấm: ≤ 27 đến $\geq 30^{\circ}C$ - Nhiệt độ nước Lạnh: ≤ 14 đến $\geq 16^{\circ}C$ - Bình chứa: Nóng ≥ 6 lít - Bình chứa: Lạnh ≥ 4 lít - Bình chứa: Ấm ≥ 12 lít - Công suất nước ấm: ≥ 15 lít /giờ - Công suất nước lạnh: ≥ 15 lít /giờ - Công suất nước nóng ≥ 15 lít /giờ - Vỏ tủ: INOX 304 hoặc tốt hơn - Gas lạnh: R134a hoặc tốt hơn - Có Attomat 2P30A hoặc tốt hơn - Vòi nóng có khóa an toàn: Có			
2	Nồi hấp tiệt trùng tự động (nằm ngang)	I. Yêu cầu chung: - Máy mới 100%, sản xuất 2024 trở về sau - Tiêu chuẩn: ISO 13485 - Nguồn điện: 3 pha, 380V, 50/60 Hz II. Yêu cầu cấu hình: - Máy chính: 01 máy - Khay đựng mẫu: 01 cái - Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị đưa vào sử dụng theo quy định nhà nước - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ III. Chỉ tiêu kỹ thuật: 1. Tính năng: - Bộ tạo hơi độc lập - Phạm vi sử dụng rộng - Chỉ thị mực nước thấp (chọn thêm) - Lớp áo bên ngoài cho buồng hấp, cửa và bộ tạo hơi bằng inox - Thiết kế buồng hấp 2 lớp - Chương trình tiên gia nhiệt. - Chứng nhận: Sturdy được sản xuất tuân thủ theo các chỉ thị và tiêu chuẩn: - 93/42/EEC - Class IIB (theo Châu Âu cho các thiết bị y tế) - 2014/68/EU (chỉ thị về thiết bị áp suất) - EN 285 (thiết bị tiệt trùng hơi nước thể tích lớn) - EN 13060 (thiết bị tiệt trùng hơi nước áp	Cái	1	

		thể tích nhỏ) - EN 61010-1/-2-040 (yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện cho kiểm soát đo lường và sử dụng phòng thí nghiệm – Part 1 và Part 2) - EN 61326-1 (thiết bị điện cho kiểm soát đo lường và sử dụng phòng thí nghiệm – EMC Requirements – Part 1: yêu cầu chung) *Bảng điều khiển: - Công tắc on/off và xả - Bộ cài đặt thời gian tiết trùng - Bộ cài đặt thời gian sấy khô - Đèn nguồn - Đèn báo mực nước - Đèn gia nhiệt - Đèn tiết trùng - Đèn sấy khô - Đèn kết thúc quá trình hoạt động - Đèn quá nhiệt 2. Thông số kỹ thuật: - Thể tích: 196 lít - Kích thước buồng: $\varnothing 500$ x sâu 1000 mm - Kích thước tổng thể: rộng 670 x cao 1650 x sâu 1290 mm - Điện trở gia nhiệt: 9 kW - Nhiệt độ tiết trùng: 118°C - 134°C (0.9 – 2.1 bar) - Loại bỏ không khí: Trọng lực - Buồng hấp loại lồng tròn - Cài đặt thời gian tiết trùng: 0 – 60 phút - Cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 60 phút - Chỉ thị áp suất bằng đồng hồ cho cả lớp áo tạo nhiệt và buồng - Chỉ thị quy trình hoạt động bằng đèn báo - Chỉ thị đèn báo nguồn - Buồng/ lớp áo tạo nhiệt/ cửa/ lớp vỏ làm bằng thép không gỉ 304 - Điện trở gia nhiệt bằng thép không gỉ 316 - Hệ thống kiểm soát áp suất bằng cơ học - Chức năng sấy khô: Có - Hệ thống cấp nước tự động: Có - Kiểm soát mực nước: có			
3	Máy súc rửa dạ dày	I. Yêu cầu chung: - Máy mới 100%, sản xuất 2024 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Nguồn điện AC 220V, 50 Hz II. Yêu cầu cấu hình: - 01 Máy chính - 01 Dây điện nguồn	Cái	1	

		- 03 Bộ ống dây hút rửa - 03 Ống dây đưa vào dạ dày - 03 Ngáng miệng nhựa - 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt III. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Công suất tiêu thụ : ≤ 80 VA - Độ ồn khi hoạt động : ≤ 55 dB(A) - Áp lực rửa dạ dày tự động: $\leq 47 \sim \geq 55$ Kpa - Lưu lượng dòng chảy ra: ≤ 450ml - Lưu lượng dòng chảy vào: ≤ 350ml - Lưu lượng dòng cân bằng: ≤ 250ml			
4	Xe đẩy băng ca	I. Yêu cầu chung - Hàng mới 100%, sản xuất 2024 trở về sau - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 II. Yêu cầu cấu hình - Khung cáng: 01 cái - Cáng tay: 01 cái - Khung đỡ cáng tay và chân: 01 bộ - Thanh giằng: 01 cái - Cọc truyền: 01 cái - Đệm mút: 01 cái - Bánh xe: 01 bộ III. Chỉ tiêu kỹ thuật - Kích thước tổng thể: 2130 x 630 x 720 mm $\pm 5\%$ - Chất liệu: inox - Cấu tạo xe đẩy cáng gồm 2 phần: Xe đẩy và cáng tay *Cáng tay (có thể nhấc ra khỏi xe): + Kích thước 2130 x 570 x 170mm $\pm 5\%$ + Mặt cáng: Inox lá dày 0.7mm + Khung cáng: inox ống $\Phi 32$mm + Chân chữ U: inox ống $\Phi 19$mm *Xe đẩy: + Kích thước (DxRxH): 1700 x 630 x 630mm $\pm 5\%$ - Khung đỡ cáng tay và chân: Inox ống $\Phi 32$mm - Thanh giằng: Inox ống $\Phi 19$mm - Thành bên: + Kích thước 805x255mm $\pm 5\%$, + làm bằng inox ống $\Phi 19$mm và $\Phi 16$mm - Bánh xe: $\Phi 100$, có khóa hãm chắc chắn - Đệm da dày 50mm phù hợp với cáng. - Cáng chịu được tải trọng tối đa 150 kg - Được làm bằng inox đánh bóng - Các chi tiết kim loại: nhẵn bóng không	Cái	10	

		có cạnh sắc			
5	Xe lăn bệnh nhân	I. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100%, sản xuất 2024 về sau - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 II. Yêu cầu cấu hình: - Xe chính + phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ III. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Trọng lượng tịnh: 13kg - Kích thước sử dụng: 1020x680x880mm - Tải trọng người dùng: <100kg - Gồm 3 bộ phận chính: khung xe, đế ngồi, lưng ghế và bánh xe - Kích thước: + Độ rộng ghế ngồi: 450mm + Chiều sâu ghế ngồi: 440mm + Chiều cao ghế ngồi: 500mm + Chiều cao tựa lưng: 520mm Tính năng - Khung đỡ đôi. - Xe lăn 4 bánh tay. - Điều chỉnh chiều cao bàn đạp. - Nan hoa bánh sau đường kính 24 inch. - Dây an toàn chịu lực $\leq 100\text{kg}$. - Bánh trang bị vòng đẩy tay bằng nylon	Cái	10	
6	Máy phân tích nước tiểu	Cấu hình: • Máy chính: 01 chiếc • Máy in nhiệt tích hợp: 01 chiếc • Giấy in nhiệt: 01 cuộn • Que thử: 01 hộp • Bộ nguồn: 01 bộ • Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ Thông số kỹ thuật: • Phân tích: ≥ 11 thông số: Blood, Bilirubin, Urobilinogen, Ketone, Protein, Nitrit, Glucose, pH, tỷ trọng nước, Leukocyte, Ascorbic acid. • Tốc độ: ≥ 720 test/h • Bộ nhớ: ≥ 100.000 kết quả • Nạp mẫu: Băng tải nạp que thử liên tục và tự động • Có khả năng: Loại bỏ các kết quả không đặc hiệu từ nước tiểu đục • In: Máy in nhiệt bên trong • Màn hình LCD: $\geq 320 \times 240$ màu QVGA • Cổng giao tiếp RS232C: - COM1: Giao tiếp với PC - COM2: Giao tiếp với hệ thống mã vạch • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO, FSC Korea.	Cái	1	

Đề nghị các đơn vị/ nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá hàng hóa theo yêu cầu nêu trên.


Giấy mời được đăng trên Website của Trung tâm y tế huyện Chư Pưh (<https://ttytchupuh.gialai.gov.vn/>)

Trung tâm y tế huyện Chư Pưh xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC



Ths. BS Rơ Mah Huân