SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ PƯH
Số:1508 TB-TTCPU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Chư Pưh, ngày 13 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v mời kiểm tra, đánh giá hiện trạng hư hỏng máy xét nghiệm sinh hóa AU480 và Máy X-Quang

Căn cứ nhu cầu kiểm tra, đánh giá hiện trạng hoạt động của các trang thiết bị y tế tại đơn vị, nhằm có cơ sở thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Phiếu đề nghị số 36 và số 37của Khoa Xét nghiệm - CĐHA ngày 13 tháng 11 năm 2026 về việc xin sửa chữa, bảo trì thiết bị y tế.

Hiện nay, tại Trung tâm Y tế Chư Pưh có trang thiết bị y tế gặp sự cố kỹ thuật, cần được kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình trạng kỹ thuật cụ thể để xác định nguyên nhân và lập dự toán sửa chữa. Vì vậy, Trung tâm Y tế Chư Pưh trân trọng thông báo đến các Công ty, Doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo trì trang thiết bị y tế cử cán bộ kỹ thuật đến kiểm tra, khảo sát thực tế tại đơn vị, cụ thể như sau:

1. Thời gian kiểm tra, khảo sát: Từ ngày 13/11/2026 đến trước ngày 18/11/2026.

2. Địa điểm thực hiện: Khoa Xét nghiệm - CĐHA - Trung tâm Y tế Chư Pưh (Địa chỉ: Thôn Plei Djriek, xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai).

3. Người liên hệ hỗ trợ: Bà Nguyễn Thị Yến - Viên chức Khoa Dược - TTB - VTYT (SĐT: 0968 258001).

4. Nội dung kiểm tra, đánh giá: Khảo sát thực tế tình trạng lỗi kỹ thuật của thiết bị, kiểm tra an toàn hệ thống và lập Biên bản kiểm tra kỹ thuật xác định linh kiện, phụ tùng cần sửa chữa, thay thế (nếu có).

5. Danh mục thiết bị cần kiểm tra, đánh giá:

STT	Tên máy móc / thiết bị	Model / Serial	Mô tả lỗi máy gặp phải	SL	Khoa sử dụng
1	Máy sinh hóa AU480	AU480	Báo lỗi: Motor Controller Error; Vacuum Tank Weak Pressure; Detergent (Concentrated) Empty; máy không chạy mẫu được.	01	Khoa XN-CĐHA

2	Máy X-Quang cao tần > 300mA	MS325HFLC STR	Bàn điều khiển báo lỗi không hoạt động được.	01	Khoa XN-CĐHA

Trung tâm Y tế Chư Pưh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Các đơn vị sửa chữa TTB Y tế;
- Ban Giám đốc TTYT;
- Lưu: VT, Dược, Khoa XN-CĐHA.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ PƯH

Ths. BS Rơ Mah Huân